

# ЛДГ (лактатдегидрогеназа) (монореагент)

DGKC-1970

Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-15

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Тест идентификации

Название:

Тип Пробы: ☒ SER

Режим анализа:

Единицы:

☐ Турбидиметрический тест

Тип реакции:

☐ Возрастающая

☒ Убывающая

Кол-во повторов:

Десятичные знаки:

Test Name in the Report

Удалить Тип

Сохранить

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Считывание:

☒ Монохроматика

☐ Бихроматика

Фильтры:

Основной:

Референс:

Объемы:

Проба:  uL

Реактив 1:  uL

Реактив 2:

Промывание:  mL

Время:

[s] Циклы

Чтение 1:

Чтение 2:

Реактив 2:

Фак-р Предразв.:

☒ Предразв. Анализатором

☐ Предразв. Пользователем

Фак-р Постразв.:

Уменьшенный:

Увеличенный:

☐ Автоматический повтор

Сохранить

# ЛДГ (лактатдегидрогеназа)


DGKC-1970

## Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-15

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Тип калибровки

☐ Фактор x  Повтор калибратора

☒ Мульти калибратор  Повтор бланка

☐ Моно калибратор

☐ Исп. Альтернативный калибратор

Мульти калибратор

	Концентрация	Фактор
(маж) 1	*	x 1
2		x
3		x
4		x
5		x
6		x
7		x
(мин) 8		x


Сохранить

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Кол-во контролей  Повтор контроля

Сигмы  S

Тип Контроля

☒ Мульти 

☐ Моно

Режим расчета

☒ Ручной

☐ Статистический Кол-во Серий

Мульти

	Контроль 1	Контроль 2
Название	**	**
Лот	**	**
Мин. значение	1	2
Макс. значение	2	3

Сохранить

## Параметры для ввода в программу анализатора BioSystems A-15

Общие | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

☐ Бланк только с реагентом
 ☐ Бланк с физраствором

Аналитические пределы

☐ Предел Абс. Бланка      Значение

☐ Предел Бланка Кин-ки      Значение

☒ Предел Линейности      Значение

☐ Предел Чувств-ти      Значение

☐ Эффект прозоны      %

☐ График реакции ( $y = ax + b$ )      a  b

☐ Истощение субстрата      Значение

☐ Пределы Фактора      Мин. значение  Макс. значение

☒ Нормальные значения      0      480

☐ Категория повторения     

Сохранить

**\*\***-вводится из паспорта к контрольному материалу.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.