

## Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="Ca-p"/> < > Type: <input type="text" value="Serum"/> Operation <input type="text" value="Yes"/>					
Sample Volume <input type="text" value="1"/> $\mu$ L		Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu$ L		OD Limit	
Pre-Dilution Rate <input type="text" value="1"/>				Min.OD <input type="text" value="-2.0"/> Max.OD <input type="text" value="2.5"/>	
Rgt. Volume R1(R1-1) <input type="text" value="100"/> $\mu$ L		Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu$ L		Reagent OD Limit	
				First Low <input type="text" value="-2.0"/> High <input type="text" value="2.5"/>	
				Last Low <input type="text" value="-2.0"/> High <input type="text" value="2.5"/>	
R2(R2-1) <input type="text" value="25"/> $\mu$ L		Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu$ L		Dynamic Range Low <input type="text" value="0"/> High <input type="text" value="6.24"/>	
Wavelength Pri <input type="text" value="660"/> nm		Sec. <input type="text" value="800"/> nm		Correlation Factor A <input type="text" value="1"/> B <input type="text" value="0"/>	
Method <input type="text" value="END"/>				Factor for Maker A <input type="text" value="1"/> B <input type="text" value="0"/>	
Reaction Slope <input type="text" value="+"/> $\nabla$				Onboard Stability Period <input type="text" value="999"/> Day <input type="text" value=""/> Hour	
Measuring Point1 First <input type="text" value="0"/>		Last <input type="text" value="27"/>			
Measuring Point2 First <input type="text" value="0"/>		Last <input type="text" value="10"/>			
Linearity Limit <input type="text" value=""/> %					
Lag Time Check <input type="text" value=""/>					

  

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="Ca-p"/> < > Type: <input type="text" value="Serum"/>					
Value/Flag: <input type="text" value=""/>		Level L: <input type="text" value=""/>		Level H: <input type="text" value=""/>	
Specific Ranges:					
		From To		Low High	
Sex <input type="text" value=""/>		Year Month			
1. <input type="text" value=""/>					
2. <input type="text" value=""/>					
3. <input type="text" value=""/>					
4. <input type="text" value=""/>					
5. <input type="text" value=""/>					
6. <input type="text" value=""/>					
7. No demographics				<input type="text" value="2.15"/> <input type="text" value="2.57"/>	
8. Not within expected values				<input type="text" value="2.15"/> <input type="text" value="2.57"/>	
Unit <input type="text" value="mmol/L"/>		Decimal Places <input type="text" value="2"/>			

  

Parameters		Calibration Parameters			
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration			
General	ISE				
Test Name: <input type="text" value="Ca-p"/> < > Type: <input type="text" value="Serum"/> <input type="radio"/> Use Serum Cal.					
Calibration Type: <input type="text" value="AB"/>		Formula: <input type="text" value="Y=AX+B"/>		Counts: <input type="text" value="2"/>	
<Calibrator Parameters>					
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Slope Check <input type="text" value="None"/>
Point 1: <input type="text" value="TruCal U"/>		<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="-99999"/>	<input type="text" value="99999"/>	
Point 2: <input type="text" value=""/>					
Point 3: <input type="text" value=""/>					
Point 4: <input type="text" value=""/>					
Point 5: <input type="text" value=""/>					
Point 6: <input type="text" value=""/>					
Point 7: <input type="text" value=""/>					
Point 8: <input type="text" value=""/>					
Point 9: <input type="text" value=""/>					
Point 10: <input type="text" value=""/>					
<Point Cal. For No. of Correction Points <input type="text" value=""/>		Use Master Curve <input type="text" value=""/>		<input type="radio"/> Lot Calibration	
<Master Curve>					
Calibrator	OD	Conc	Low	High	Stability
Point 1: <input type="text" value=""/>					Reagent Blank <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
Point 2: <input type="text" value=""/>					Calibration <input type="text" value=""/> Day <input type="text" value=""/> Hour
MB Type Factor: <input type="text" value=""/>		1-Point Calibration Point <input type="text" value=""/>		<input type="radio"/> with Conc-0	

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

Калибровка линейная, AB (калибратор TruCal U, или стандарт из набора).

\* -вводится из паспорта к калибратору (стандарт)

Контроль TruLab N и TruLab P.