С-Реактивный белок, (CRP-Uhs) Универсальный.

ImmunoTD (Иммунотурбидиметрический, с латексом)

Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 680



Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

* -вводится из паспорта к калибратору (TruCal CRP-U).

Контроль по TruLab CRP уровень 1 и уровень 2 или по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.